

Ref. MILAN LAMPE TEJIDO PARA BATAS SANITARIAS REUTILIZABLES en base a la norma EN13795-1:2019



TEJIDO 100 % POLIESTER
TESUTO 100 % POLIESTERE
FABRIC 100 % POLYESTER



Long: 90 mts aprox
Width : 150 cm



Carta disponible
de 55 colores



142 gr / m2

Washing Treatment: based ISO6330:2012



2020TM1002



INFORME DE ENSAYO / TEST REPORT

		Requisitos prestaciones BATAS QUIRÚRGICAS				Resultados Ref. MANLY MILAN LAMPE		
		Prestaciones Estándar		Prestaciones Altas		ORIGINAL Y	TRAS	TRAS
		Area Critica	Ar. menos Critica	Area Critica	Ar. menos Critica	5 LAVADOS	10 LAVADOS	20 LAVADOS
A.2.3	Resistencia a la penetración de líquidos (cm H2O)	≥ 20	≥ 10	≥ 100	≥10	> 1000	148 +/- 58,48	42 +/-19,32
	Resistencia a la penetración microbiana en humedo (IB)	≥ 2,8	No se Requiere	≥ 6	NO se Requiere	5 +/- 0,2	5,2 +/- 0,2	5,3 +/- 0,2

A la vista de los resultados el tejido MANLY Ref. MILAN LAMPE CUMPLE los requisitos de prestaciones ESTÁNDAR para BATAS SANITARIAS REUTILIZABLES en base a la norma EN 13795-1:2019 de batas quirúrgicas punto A.2.3 Y A.2.7 , tanto en ORIGINAL, como TRAS 10 LAVADOS y del mismo modo TRAS 20 LAVADOS